

Szczecin, dnia 18 września 2020 r.

Znak sprawy: RA.211.6.2020

Znak pisma: RA.4727.2.2020.AW

**wg rozdzielnika**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.09.2020 r. dotyczącego dostawy 1 szt. stanowiska pomiarowego z przepływomierzem masowym do legalizacji i kontroli odmierzaczy LPG, Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie udziela odpowiedzi na zadane pytania (załącznik nr 1) przez oferenta:

1. złącza GZ i GW można zastąpić złączami dedykowanymi dla LPG typu ACME 1 3/4"- odpowiednio typ męski i żeński,
2. pistolet z przeziernikiem można zastąpić pistoletem bez przeziernika, jednakże wymagamy dodatkowy przeziernik,
3. parametry fizykochemiczne gazu, gęstość i temperatura oraz strumień objętości wraz z licznikiem objętości powinny być wyświetlane na jednym wyświetlaczu. Dopuszczony jest również wyświetlacz umożliwiający przełączanie poszczególnych danych.
4. zestaw kluczy nieiskrzących 10,19/22,30,32 można zastąpić kluczem nastawnym,
5. złożenie wniosku wraz z dokumentacją do wystawienia świadectwo ekspertyzy pozostaje po stronie Dostawcy,
6. rezygnuje z dodatkowego króćca – na dopływie stanowiska pomiarowego – do montażu termometru elektronicznego,
7. dopuszcza montaż przeziernika na odpływie stanowiska przed zaworem regulacyjnym,
8. rurociąg i rama armatura ma być wykonany z materiałów odpornych na korozję np. stal kwasoodporna,
9. stanowisko powinno być przenośne – zgodnie z pkt. 17 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,
10. węże muszą być zakończone zaworami.

Dodatkowo Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.09.2020 r.