

Szczecin, dnia 18 września 2020 r.

Znak sprawy: RA.211.5.2020

Znak pisma: RA.4727.2.2020.AW

wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.09.2020 r. dotyczącego dostawy 1 szt. stanowiska pomiarowego z przepływomierzem masowym do pomiaru objętości przepływu wody, Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie udziela odpowiedzi na zadane pytania (załącznik nr 1) przez oferenta:

1. instalacja będzie pracowała w zakresie ciśnienia od 0,2 MPa do 1,6 MPa,
2. dopuszcza dodatkowo umieszczony manometr na stanowisku pomiarowym,
3. oprócz zaworu nastawy dawki w stanowisku powinien znajdować się zawór regulacji strumienia objętości,
4. zawór nastawy dawki nie może być traktowany jako zawór odcinający na wylocie stanowiska,
5. nie wyraża zgody na dodanie funkcjonalności API czyli obliczania i wskazywania przez przepływomierz gęstości oraz objętości w 15stC wg tabel API 54B,
6. rurociąg i rama armatura ma być wykonany z materiałów odpornych na korozję np. stal kwasoodporna,
7. stanowisko powinno być przenośne – zgodnie z pkt. 17 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowo Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.09.2020 r.