

Szczecin, dnia 01 lipca 2021 r.

Znak sprawy: RA.211.2.2021

Znak pisma: RA.3675.2021.AW

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 28.06.2021 r. dotyczącego dostawy 1 szt. ciśnieniomierza obciążnikowo – tłokowego dwuzakresowego, Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie udziela odpowiedzi na zadane pytanie przez oferenta:

Pytanie oferenta:

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd dwuzakresowy w oparciu o jeden tłok pomiarowy pracujący na dwóch zakresach ciśnienia z wykorzystaniem jednego zestawu odważników?

1 ... 60 / 20 ... 1200 bar podwójny zakres

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrząd dwuzakresowy w oparciu o jeden tłok pomiarowy pracujący na dwóch zakresach ciśnienia z wykorzystaniem jednego zestawu odważników.

1 ... 60 / 20 ... 1200 bar podwójny zakres